

表 紙

〇〇〇システム 一式

技術仕様書

社 名 社 印
代表者名 代表者印

本 文

	要求仕様	応札仕様	判定	備考
Ⅱ	調達物品に備えるべき技術的要件			
	(性能・機能に関する要件)			
1	〇〇〇装置は以下の要件を満たすこと。			
1-1	〇〇〇装置の寸法は縦700mm以上800mm以下横1,000mm以上1,200mm以下、奥行き400mm以上450mm以下であること。	〇〇〇装置の寸法は縦750mm横1,100mm奥行き450mmです。		カタログ 35P
2	△△△機器は以下の要件を満たすこと。			
2-1	◎◎センサーは、32個以上有すること。	◎◎センサーは、35個有します。		説明書 2
3	□□情報端末は以下の要件を満たすこと。			
3-1	メモリは、6GB以上、磁気ディスクは、100GB以上有すること。	メモリは、10GB、磁気ディスクは、120GB有します。		
3-2	ウイルス対策ソフトを有しソフトのアップデートが可能であること。	ウイルス対策ソフト「〇〇〇〇」を有し、インターネット又は、CDからソフトのアップデートが可能です。		
———省略———				
	(性能・機能以外の要件)			
1	設置条件等			
1-1	本学が指定する納品場所において、装置の据付、調整を行うこと。	貴学が指定する納品場所において、装置の据付、調整を行います。		
1-2	納品される機器に必要な一次側設備(電気設備、給排水設備、空調設備)以外に必要なとなる設備がある場合は、本学担当者と協議して指示に従い、その費用は本調達に含むものとする。	納品される機器に必要な一次側設備(電気設備、給排水設備、空調設備)以外に必要なとなる設備がある場合は、担当者と協議して指示に従い、その費用は本調達に含みます。		
1-3	本装置の設置に関して、機器の搬入、据付、配線、調整及び設置作業に伴う壁面および床の修復は本調達に含むものとする。	本装置の設置に関して、機器の搬入、据付、配線、調整及び設置作業に伴う壁面および床の修復は本調達に含みます。		
1-4	配線作業において防火区間を貫通配線する場合には、貫通箇所適切な処理を施すこと。	配線作業において防火区間を貫通配線する場合には、貫通箇所適切な処理を施します。		
1-5	機器の搬入、据付、配線、調整については、本学の教育、研究その他の業務に支障をきたさないように本学担当者と協議のうえ、指示に従うこと。	機器の搬入、据付、配線、調整については、業務に支障をきたさないように担当者と協議のうえ、指示に従います。		